

2 座靠垫阻燃性测试装置



- 1、恒辐射源：0-20kW/m² 可调；达到满功率的 60%≤1min，达到满功率≤4min；
- 2、喷烧管：200mm±0.5mm，外径 8.0mm±0.1mm,内径 6.5mm±0.1mm，304 不锈钢材质；
- 3、流量：45mL/min±2mL/min；
- 4、火热热通量：40kW/m²±2kW/m²；
- 5、温度控制：20°C±2°C；
- 6、气压：2.8kPa；
- 7、测试方式：燃气燃烧，能自动监控和提示燃气余量；
- 8、燃源：可燃气（丙烷）；
- 9、试验性能：达到燃烧时间后，自动关闭燃气，自动显示燃烧时间；
- 10、状态提示：20s 燃烧后发生报警提示；
- 11、具备电子点火器，智能启闭燃烧试验；
- 12、符合 GB 30659、ISO 22523 等标准。

配置：

- 1、不锈钢燃烧架：1 套；
- 2、质量损失测量装置及样品支架：1 套；
- 3、燃烧室：1 个；
- 4、辐射源：1 套；
- 5、辐射源固定及调整装置：1 个；

6、明火热源固定及调整装置：1个。

注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。